

Rückantwortbogen Konstanzprüfung Filmverarbeitung/ Bildwiedergabegeräte

1. FILMVERARBEITUNG/ BILDDOKUMENTATIONSSYSTEME (BDS, Laserkamera)

Es sind vorzulegen: die letzte Teilabnahmeprüfung (inkl. Protokoll und Sensitometerfilm), sowie die Sensitometerfilme der täglichen Konstanzprüfung der Filmverarbeitung und die dazugehörigen Prüfprotokolle der Monate

Sind **mehrere** Entwicklungsmaschinen/ BDS vorhanden, sollen Sie diese mit einer internen Kennzeichnung (z.B. A, B....) versehen. Diese Kennzeichnung ist auf den Begleitbögen für Aufnahmen von Patienten mit anzugeben.

Mitzuteilen sind:

1. Typ der Entwicklungsmaschine
2. Typ des BDS/ Laserkamera
3. Prüffilmtyp

Anzahl der von Ihnen eingereichten Unterlagen bitte hier eintragen:

Entwicklungsmaschinen- kennzeichnung				
Urstreifen				
Sensitometerstreifen				
Prüfprotokolle				

2. FILMLOSER/ DIGITALER BETRIEB

Dieser Abschnitt betrifft nur zur Befundung verwendete Bildwiedergabegeräte (BWG, PACS-Monitore).

Es sind vorzulegen: die Abnahmeprüfung von jedem BWG, die Konstanzprüfung des zurückliegenden Kalenderjahres sowie die Dokumentation der täglichen Sichtprüfung.

BWG/ PACS: Typ/ Seriennummer				
Abnahmeprotokoll				
Prüfprotokolle				
tägliche Sichtprüfung				

Datum:

Strahlenschutzbeauftragter
(Unterschrift/Stempel)